

HFモニタ記録計の購入

仕 様 書

1. 件名

HFモニタ記録計の購入

2. 目的

人形峠環境技術センターに設置しているHFモニタは岡山県との環境保全協定に基づき排気中のHF濃度を測定しているが、モニタの部品である記録計の表示部が見づらくなっている。今後、表示部が見えなくなることが予想され、表示部全体が見えなくなると、モニタを維持していく上で必要な点検や状態確認ができなくなることから、記録計を早急に購入し交換する必要がある。

3. 購入品仕様

3.1 一般的要求事項

- (1) 放射線による劣化及び化学物質による腐食等を考慮し、長期運転に耐えること。
- (2) 複雑な構造は避けること。

3.2 製品仕様

(1) HFモニタ記録計

- ・メーカー名 : 横河電機株式会社
- ・品番 : μ R20000 (437101)
- ・数量 : 10台

4. 納期

令和7年3月28日

5. 納入場所及び納入条件

(1) 納入場所

岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
人形峠環境技術センター保安管理課の指定場所

(2) 納入条件

持込調整後渡し

6. 検収条件

第5項に示す納入場所に納入後、外観検査、作動検査の合格をもって検収とする。

7. グリーン購入法の推進

- (1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
- (2) 本仕様にて定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

8. 協議

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。

9. その他

受注者は原子力機構内施設へ購入品を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。

以 上